

Tissue-Tek Genie®

anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody

Instructions d'utilisation

Utilisation prévue

Utilisation dans le cadre d'un diagnostic *in vitro*.

Le Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody est un anticorps conçu pour la détection qualitative des protéines d'immunoglobuline M (IgM) dans des coupes d'échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) par coloration immunohistochimique (IHC) sur le Tissue-Tek Genie® Advanced Staining System. L'interprétation clinique doit être faite en conjonction avec un examen histologique, des informations cliniques pertinentes, d'autres tests de diagnostic et des contrôles appropriés par un pathologiste qualifié.

Limitations

Ce produit a été optimisé pour une utilisation avec le protocole par défaut pour cet anticorps sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, à l'aide de réactifs Tissue-Tek Genie® et de coupes d'échantillons FFPE. La qualité de la coloration peut diminuer en cas d'utilisation avec d'autres systèmes et/ou réactifs.

Résumé et principe

Les monomères d'immunoglobulines (Ig) sont composés de deux chaînes lourdes identiques et de deux chaînes légères identiques. Les variations de la région Fc (fragment cristallisable) des chaînes lourdes distinguent cinq classes différentes d'Ig (IgA, IgD, IgE, IgG et IgM). Chacune de ces classes peut être exprimée sur la membrane du lymphocyte B et plusieurs classes de chaînes lourdes peuvent être exprimées par la même cellule. En temps normal, les IgM sériques saines sont généralement les troisièmes

plus abondantes des classes Ig. Les Ig sont produites dans des lymphocytes B matures et des plasmocytes, et la quantité et le type d'Ig peuvent varier à différents stades de maturation des lymphocytes B : Les Ig des stades antérieurs de maturation sont présents dans le cytoplasme, alors que les Ig de surface sont plus caractéristiques des lymphocytes B matures dans la zone du manteau. Les plasmocytes perdent l'expression membranaire des Ig, mais les accumulent à un niveau élevé dans le cytoplasme et peuvent les sécréter dans l'espace extracellulaire. Les néoplasmes dérivés des lymphocytes B tels que le lymphome à lymphocytes B et le néoplasme à plasmocytes ne produisent souvent qu'un seul type de protéines à chaînes légères Ig clonale. L'anticorps anti-IgM est utile pour classer les lymphomes à lymphocytes B et les néoplasmes à plasmocytes lorsqu'il est utilisé avec un ensemble d'autres anticorps.

Le Tissue-Tek Genie anti-IgM Rabbit Monoclonal Antibody est un anticorps primaire dirigé contre les protéines d'IgM. Il est fourni dans une solution saline tamponnée contenant 1 % d'albumine sérique bovine et 0,09 % d'azoture de sodium. Les coupes d'échantillons FFPE sont placées sur des lames chargées positivement et la paraffine est retirée à l'aide de la solution de déparaffinage Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001), après quoi le démasquage par la chaleur des épitopes est effectué à l'aide de la solution de démasquage des antigènes à pH élevé Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001).

La mise en évidence par IHC des protéines d'IgM dans des coupes d'échantillons FFPE est obtenue en utilisant le Tissue-Tek Genie anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody et le Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit,

DAB (REF 8826-K250). Cette procédure implique l'application séquentielle d'anticorps et de composants du kit comme suit :

- Tissue-Tek Genie® Protein Block
- Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody
- Tissue-Tek Genie® Peroxidase Block
- Tissue-Tek Genie® Link (se lie à l'anticorps primaire)
- Tissue-Tek Genie® Polymer HRP-Conjugate (se lie au lien)
- Tissue-Tek Genie® DAB Substrate (visualise la protéine détectée)

La Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250) est ensuite utilisée pour visualiser les noyaux des cellules. La lame colorée par IHC est recouverte et la coupe d'échantillon FFPE est examinée à l'aide d'un microscope optique.

Résultats attendus

La spécificité et l'utilisation prévue de cet anticorps ont été validées par le biais d'une coloration IHC sur le Tissue-Tek Genie Advanced Staining System au moyen de coupes d'échantillon FFPE de cellules normales et tumorales.

Dans les amygdales et les ganglions lymphatiques, la coloration est observée dans le cytoplasme des plasmocytes, et dans le cytoplasme et la membrane plasmique des immunoblastes dans le centre germinatif. Certaines colorations de fond dans les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif et les cellules épithéliales peuvent être présentes. On retrouve également des colorations membranaires et cytoplasmiques dans un sous-ensemble de néoplasmes à lymphocytes B.

La sensibilité et l'identification des protéines d'IgM par cet anticorps peuvent être affectées par une mauvaise manipulation des échantillons. Cela peut altérer l'antigénicité, affaiblir la détection et générer de faux résultats négatifs.

Modèle de coloration cellulaire : coloration cytoplasmique et membranaire

Échantillon témoin positif : amygdales, ganglions lymphatiques ou néoplasmes sélectifs à lymphocytes B

Mises en garde et avertissements

continuous innovation for pathology

Réservé à un usage professionnel. Prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation. Éviter tout contact des réactifs avec les yeux, la peau et les muqueuses. Porter des gants et des vêtements de protection, ainsi qu'une protection des yeux/du visage.

Les capsules remplies d'anticorps prédilué prêts à l'emploi sont à usage unique. Ne pas essayer de les remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la capsule après utilisation.

Les cartouches remplies d'anticorps prédilué prêts à l'emploi sont destinées à des utilisations multiples. Ne pas essayer de les remplir ou d'ajouter du réactif. Jeter la cartouche lorsqu'elle est vide.

Il est recommandé d'inclure des témoins appropriés sur chaque lame d'échantillon pour faciliter l'identification de tout écart susceptible de se produire pendant le processus de coloration.

Toutes les pratiques de mise au rebut doivent être conformes à l'ensemble des lois et des réglementations fédérales, régionales et locales. Reportez-vous à la FDS pour plus d'informations.

Conditions de stockage

Conservez ce produit à une température comprise entre 2 et 8 °C.

Instructions d'utilisation

Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody, capsules (REF 8385-C010) :

1. Attachez la Tissue-Tek Genie® Reagent Dispensing Area Tag (RDA-Tag) sur la capsule dans la RDA.
2. Poussez la capsule dans la RDA avec le côté film vers le bas et clipsez la plaque RDA attachée pour la mettre en place sur la RDA.
3. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
4. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
5. Attribuez le protocole 8385 à la même station.
6. Lancez l'exécution du protocole 8385.
7. La plaque RDA 8385 sera scannée et enregistrée automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.



8. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera libéré de la capsule dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.

9. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody, cartouche (REF 8385-M250) :

1. Avant de placer la cartouche sur le carrousel du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System, amorcez la cartouche en orientant la buse vers le bas et en pinçant doucement la tubulure de la buse jusqu'à ce qu'elle soit remplie de réactif.
2. Placez la cartouche sur le carrousel.
3. Clipsez la plaque RDA 8385 pour la mettre en place sur la RDA.
4. Placez la RDA sur la station souhaitée du Tissue-Tek Genie Advanced Staining System.
5. Placez la lame avec la coupe d'échantillon sur la même station, côté coupe d'échantillon vers le bas.
6. Attribuez le protocole 8385 à la même station.
7. Lancez l'exécution du protocole 8385.
8. La plaque RDA 8385 et la cartouche seront scannées et enregistrées automatiquement lorsque le processus de coloration sera lancé.
9. Au cours de l'étape d'application de l'anticorps primaire, l'anticorps sera distribué de la cartouche dans la RDA et sur la coupe d'échantillon de la lame.
10. Le protocole de coloration continue jusqu'à la fin.

Matériel requis, mais non fourni

Les réactifs suivants peuvent être nécessaires pour la coloration, mais ne sont pas fournis :

- Tissue-Tek Genie® Dewax Solution (REF 8865-G001)
- Tissue-Tek Genie® Wash Solution (REF 8874-G004)
- Tissue-Tek Genie® High pH Antigen Retrieval Solution (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Rabbit Ig Antibody, Negative Control (REF 8605-C010, 8605-M250)
- Tissue-Tek Genie® Pro Detection Kit, DAB (REF 8826-K250)
- Tissue-Tek Genie® Hematoxylin (REF 8830-M250)

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse www.sakuraus.com/Genie.

Informations relatives à la commande

Code produit, nom du produit et quantité REF 8385-C010 Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody, prêt à l'emploi, 10 capsules ; 1 paquet.

REF 8385-M250 Tissue-Tek Genie® anti-IgM Rabbit Polyclonal Antibody, prêt à l'emploi, 250 tests, 1 cartouche ; 1 unité.

REMARQUE : La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible en ligne sur le site web de Sakura Finetek USA à l'adresse www.sakuraus.com/SDS.html.

Références










1. Leong AS, et al. Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology. Greenwich Medical Media Ltd. 1999. London. pp 217-219
2. Strauchen JA, Mandeli JP. Am J Clin Pathol. 1991; 95:692-695.
3. Higgins RA, et al. Arch Pathol Lab Med. 2008;132:441-461.

Contact

Pour les États-Unis, contactez Sakura Finetek USA, Inc. en appelant gratuitement le **1-800-725-8723** ou contactez un représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek.

En dehors des États-Unis, contactez le représentant ou distributeur agréé Sakura Finetek le plus proche. Les coordonnées sont précisées sur le site www.sakura.com.

Symboles

	Numéro de catalogue
	Code de lot
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Limitation de température
	Utilisé par
	Fabricant
	Consultez les instructions d'utilisation
	Conformité européenne
	Représentant agréé dans la Communauté européenne

Stockage : 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 U.S.A.
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Pays-Bas
Fabriqué aux États-Unis	

GS-33022 Rév. B